

血液透析室

緊急應變逃生說明

制訂日期:98 年 4 月 20 日

修訂日期:112 年 11 月 17 日

一、緊急逃生時，我們該怎麼做

地震與火災發生時，切勿驚慌，血液透析室有緊急災害編組，依人員引導逃生路線疏散(已繪製逃生路線圖置於走道白板上)。

二、當我們正在洗腎的時候該怎麼辦？

1、在透析中發生火災或地震時，應遵照護理長或當班資深人員指示。

2、立即停止透析，停止血液幫浦，使用腎友自救包，將穿刺針與血液迴路管進行分離，動靜脈穿刺針採不拔針，到指定的安全地點集合(一樓大廳外)。

三、該怎麼逃？

1、血液透析室逃生門有二處：正門旁及側門(第二床)旁，出去後左、右二側皆有逃生樓梯；避難梯位於逆滲透水處理室旁(以坐輪椅者病人為優先)。

2、不可搭乘電梯，應利用指定的樓梯逃生。

3、若發生火災，應近地面姿勢逃離現場，以免吸入濃煙。

4、血液透析室洗手台旁有消防栓，另有 4 個滅火器位於 A 區第二床旁、逆滲透水處理室、輪椅體重機旁和正門口旁。

5、至安全地點集合(一樓大廳外)向醫護人員報到，以利醫護人員救護。


6、當病人不能進行透析時，務必注意調整飲食習慣，包括避免高鉀或過鹹飲食，可多攝取高熱量、高油脂食物，每天限水 500ML，服用軟便藥或輕瀉劑，保持腸道暢通以避免便秘，並且準備一週用量的必要性用藥如高血壓、心血管疾病、糖尿病、降鉀藥粉等，暫時度過無法透析的空窗期。

四、諮詢方法

若對以上內容有疑問或建議，請洽詢(04)24922000 轉分機 1601、1602 或 E-mail 至 wfcc.hos@msa.hinet.net

霧峰澄清醫院 關心您!!

霧峰澄清血液透析室

<p>首先</p>	<p>洗腎機幫浦關閉(依機型衛教各個病人)</p> 	<p>自取腎友自救包</p> 
<p>自救包 內容物</p>	<p>一把安全剪刀 二把塑膠夾 一包紗布</p> 	
<p>使用 方式</p>	<p>緊急時，先將動靜脈兩條瘻管針小夾子及動靜脈兩條迴路管大夾子夾住，再使用二把塑膠夾分別夾住動靜脈兩條瘻管針管路</p> <p>使用剪刀將大夾子和塑膠夾中段處剪斷</p>	
	<p>帶著紗布，迅速依序聽從指揮往逃生方向移動。</p>	

